

富山県済生会富山病院 MRI (MAGNETOM Avanto) 保守業務委託仕様書

1. 件名 MRI (MAGNETOM Avanto) 保守業務委託契約について
2. 履行場所 富山県富山市楠木 33 番地 1 富山県済生会富山病院 1 階 放射線技術科
3. 履行期間 令和 8 年 10 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日
4. 保守対象機器
 - ・磁気共鳴断層撮影装置 MAGNETOM Avanto Dot Upgrade
(シーメンスヘルスケア株式会社)
 - ・チラー UWAXP250B
(株式会社ダイキン)
5. 保守内容

定期点検 2 回/6 か月、リモートサービス、24 時間サービス、Evolve プログラム、
随時修理、交換部品 (詳細下記記載)、液体ヘリウム部品無償交換対応を含んで
いること。
6. 保守業務範囲

受託者は、上記の磁気共鳴診断撮影装置 MAGNETOM Avanto Dot Upgrade の機能が
常に円滑に作動するよう、受託者の責任において技術サポート会社と連携して次の通
り保守業務を行うこととする。

 - (1) 受託者が連携する技術サポート会社はコールセンターによるサポートがあること。
コールセンターは以下のサポートを行うこと。
 - ・取り扱い方法に関する説明を電話により行う。
 - ・動作不具合に対する障害対応を電話により行う。
 - ・昼夜問わず 24 時間 365 日の電話対応ができること。
 - (2) 定期点検 2 回/6 か月を実施する。(平日時間内、平日時間外、土曜日の間)
 - (3) 緊急修理
 - ① 受託者は、磁気共鳴診断撮影装置について熟知し、委託者から障害発生の連絡を受
けた場合は該当機器 (システム) を的確に把握して直ちに障害内容を技術者に通知
したのち、技術者を派遣して修理及び点検等を実施し、速やかに正常に復するもの
とする。ただし、緊急性が高くない場合及び交通事情、交換用部品の手配事情、そ
の他合理的な理由がある場合には病院担当者と協議の上翌日以降の対応とする。

(4)部品保証

- ①定期点検時及び修理時に必要と認めた交換部品は、本院担当者の承認を得て無償で交換対応をすること。(マグネット本体、コールドヘッド内の消耗部品及びアドソーバ、ディスプレイ ECG 電極、アクセサリ (患者テーブルマットレス、クッション、患者固定ベルト) を含む)
- ただし CD/DVD 等の記録用メディア、ポータブルメモリ、医療用フィルム、プリンター用紙及びインク、UPS 等バッテリー、記録媒体、補用部品、消耗品、補充品は対象外とする。

(5)Evolve プログラム (本体及び子装置)

(6)チラー保守対応 (点検のみ 1 回/6 か月)

- 部品交換、オンコールサービスは有償とする。
- ただし、装置設置後 18 年を経過していることから修理対応が不可能な場合はこの限りではない。

7. 受託者は、業務遂行上個人情報を取り扱う際には、個人情報保護法等の関係法令を遵守すること。また、業務遂行上知り得た個人情報・秘密を他人に漏らしてはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

8. その他

- (1)保守の点検実施日は委託者・受託者間において協議して決定する。
- (2)本仕様書に記載されていない事項で、これを定める必要が生じたときは、その都度委託者、受託者間で協議して定めるものとする。

9. 担当者

富山県済生会富山病院 用度課 横本
TEL:076-437-1111
e-mail:k-yokomoto@saiseikai-toyama.jp