

富山県済生会富山病院乳房用 X 線撮影装置保守点検業務仕様書

1. 件 名 乳房用 X 線撮影装置の保守点検業務委託について
2. 履行場所 富山県富山市楠木 33 番地 1 富山県済生会富山病院
3. 委託期間 令和 8 年 10 月 1 日から令和 9 年 9 月 30 日まで
4. 保守対象機器
FUJIFILM デジタルマンモグラフィーシステム一式（設置日：令和 2 年 10 月 5 日）
5. 保守業務内容
 - ・ オンサイト定期点検（本体 1 回及びマンモ QC 年 2 回）
 - ・ 精度管理代行サービス（QC サービス）
 - ・ リモート定期点検（年 12 回）
 - ・ リモートメンテナンス
 - ・ オンコール随時対応
 - ・ 部品保証①（フラットパネル、AWS、他）：全額保証
ただし、管球及び FS 圧迫板は含まない。
 - ・ 部品保証②（BI-V、AMULET Bellus）：20 万円まで
 - ・ 部品保証③（BI-D、BI-S、マンモ CAD）：全額保証
6. 受託者は、業務遂行上個人情報を取り扱う際は個人情報保護法等の関連法令を遵守しなければならない。また、業務遂行上知り得た個人情報・秘密を他人に漏らしてはならない。その職を解かれた場合も同様とする。
7. その他
 - (1) 保守の点検実施日は委託者・受託者間において協議して決定する。
 - (2) 対象機器の保守点検にあたって、当院の診療業務に支障をきたさないよう病院の指示等を受け実施すること。
 - (3) 本仕様の内容、解釈及び明記のない事項について疑義が生じた場合は、病院と協議し決定すること。
8. 担当者

富山県済生会富山病院用度課 牧田

TEL 076-437-1111

e-mail k-makita@saiseikai-toyama.jp