別紙

対象機器はシーメンスヘルスケア社製デジタルガンマカメラ装置
「Symbia-E」（装置番号：1174）とする。

下記の確認、注油、清掃等を行なうこと。
- モニタ、コンピュータ、ガントリとヨークの清掃と点検
- ケーブル損傷確認
- 上/下リミットスイッチ稼動確認
- 空気/ガススプリングの漏洩確認
- ベースカバーとボルト頭部との接触確認
- リアPHSローラーに損傷がないか確認
- リアPHSウエッジに損傷がないか確認
- リアPHSのポットとギアの確認
- リアPHSベアリング・ブロックの注油
- パレットパッドの点検と清掃
- ヘアーガードの確認
- アクメナットの確認
- アクメバックアップナットの確認
- アクメスクリューの注油
- ブロンズ・ベアリング/ショルダー・ボルトの注油
- PHSパレットのチェック
- PHS アラインメントのチェック
- ブレイン・ポジション・ラッチ・メカニズムの清掃
- ブレイン・ポジション・ラッチ・メカニズムのチェック
- 患者位置保持用支持具の確認
- フットペダル確認
- ドッカーピン/プレートの清掃
- ドッカーピン/プレートの注油
- パレット・リリース・スイッチの確認
- PHSストレージ・ポジションの確認
- ガントリの確認と注油
- 左右緊急時ストップの動作確認
- リモート緊急時ストップ動作確認
- ハンドコントローラーの動作確認
- カウダルチルトポテンショメータをPPM上で確認
- ガントリ回転とケーブルの確認
- 稼動ポイントでケーブルに損傷がないか確認
- ガントリ回転動作と、稼動制限がないか、ケーブルの挟込みなどがないか確認

- 回転リングの注油
- リコンフィグのストップ・ポイント/セグメント/ホームの確認
- リコンフィグカムの注油
- 回転ブレーキのホールド確認
- テイクアップリールの点検
- テイクアップリールの交換
- ｼｽﾃﾑﾎｰﾑｼｰｹﾝｽの完了確認とフラッグがセンサー中央で停止する事の確認
- ラジアル確認
- ラジアルアライメントの確認
- ラジアルボールスクリューの稼動と状態確認
- ラジアルブレーキLED（EBRBS）確認と機能確認
- ボールスクリューの注油
- かさ歯車の注油
- ラジアル1ブレーキのホールド確認
- ラジアル2ブレーキのホールド確認（デュアルヘッドシステムの場合）
- リニアベアリングブロックの注油(60M)
- システムアラインメントの確認
- コリメータカートキャスター回転軸の確認
- コリメータカートキャスター回転軸部の注油
- コリメータカート車輪部の注油
- コリメータチェンジオペレーションとコリメータカートの確認
- C-フレーム、ウェアストリップ、クリップの点検
- C-フレーム/コリメータカースイッチの稼動確認
- C-フレームシャフト溶接部分の確認とドライブアセンブリの注油
- C-フレームシャフト溶接部分の確認
- C-フレームドライブアセンブリの注油
- C-フレームロックダウンスクリューの確認
- ガントリ左/右
- ガントリのリアホイールとプレートの確認
- レイルトラックの注油
- 左/右のドライブスクリューの注油
- PPM　モニタ設定チェック
- DVDモード時、PPMにおける動作の無効チェック
- PPMの関節の垂れチェック
- ガントリとヨークの清掃と点検
- ロードベアリングボルトの確認
- ベースフレームの確認
- ディテクタベアリングカーの確認
- ボールスクリューベアリングの取り付けの確認

- タブシフトディテクタクランプの確認
- トップクランプの確認
- レールキャスティングの確認
- タブとクラッチ取り付けの確認
- クラッチとYoke取り付けの確認
- 前方上部カムフォロワーの確認
- 下部キャスティングの確認
- コリメータークランプの確認
- 下部後方カムフォロワーの確認
- タワーとディテクタ
- MEB電源のチェック：＋5、＋/-12、＋24 VDC(12M)
- タワーキャビネットの清掃
- カメラとガントリ診断実施
- camera-settingsのバックアップ確認
- コンピュータの清掃
- SW settingsのバックアップ
- syngo MI Applications settingsのバックアップ
- SRS接続確認
- オートレポートが可能か確認（ソフトウェア2008A以上の場合）
- C:とD:ドライブのエラー確認
- ディスクデフラグ用プログラムをC:とD:ドライブに実行
- モニタ設定の確認
- ヒューズホルダーの確認
- 外部ファン稼動確認
- ディテクタの清掃
- ディテクタカバーの検査
- QC実施の確認
- 均一性画像の確認、異常がないか確認
- 接地抵抗確認
- システムとカバーのダメージの確認
- システム状態の確認
- フィルタの清掃