

富山県済生会富山病院 CS-7 及び立位撮影台移設に関する仕様書

1. 件 名 CS-7 及び立位撮影台の健康管理センター棟への移設業務請負契約について
2. 履行場所 富山県富山市楠木 33 番地 1
富山県済生会富山病院 放射線技術科及び健康管理センター棟
3. 履行期限 契約締結日から令和 7 年 3 月 31 日まで
4. 対象機器
 - ・放射線技術科（16 番室）から健康管理センター棟への移設機器
画像ワークステーション CS-7（コニカミノルタ製）1 式
立位撮影台（大林製）1 式
 - ・移設作業前に一時撤去し移設作業終了後、原状回復する機器
骨密度測定装置（GE ヘルスケア製）
5. 業務内容
 - ・放射線技術科（16 番室）
 - ①移設作業前に骨密度測定装置を一時撤去し、安全な作業スペースを確保する。
 - ②移設機器を搬出する。
 - ③搬出終了後、骨密度測定装置を放射線技術科（16 番室）へ戻し原状回復をおこなう。
 - ・健康管理センター棟 1 階 X 線撮影室
 - ①画像ワークステーション CS-7、立位撮影台を放射線技術科（16 番室）より移設し据付をおこなう。
 - ②新規に当院が整備する X 線発生装置と移設機器の接続をおこない、画像転送等が可能な状態にする。
6. 請負者は業務遂行上個人情報を取り扱う際には、個人情報保護法等の関係法令を遵守すること。また、業務遂行上知り得た個人情報・秘密を他人に漏らしてはならない。その職を解かれた場合も同様とする。

7. その他

- ①移設作業及び一時撤去・原状回復作業時に発生した廃棄物等は請負者の責任で適正に処理すること。
- ②移設作業及び原状回復作業後、当院の職員に対して操作に必要な取り扱い説明、教育支援を行い円滑に使用できる状態にすること。
- ③本仕様の内容、解釈及び明記のない事項について疑義が生じた場合は、病院と協議し決定すること。

8. 担当者

富山県済生会富山病院 用度課 姉崎

TEL 076-437-1111

E-mail t-anezaki@saiseikai-toyama.jp